



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

София, 20..... г.

РЕШЕНИЕ

№ РД *25-229/08.12* 2014 г.

за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители

Възложител: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от *08.12* 2014 г. на назначената със Заповед РД-25-187/03.11.2014 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД – София комисия за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня“ и „КАИЛ“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/*, открита с решение №РД-25-177/06.10.2014 г. на изпълнителния директор на болницата, обявление S 194-342385 от 09.10.2014 г., обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на ЕС и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2014-0014:

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците по обособени позиции, съгласно обявения критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение.

II. Участниците, класирани на първо място за съответните позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по съответните позиции.

III. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП посочвам отстранените от участие в процедурата участници и оферти, а именно:

III.1. Участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. 1/30.10.2014 г., отстранявам за всички обособени позиции, за които участва:

№№ 1 и 3.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №1:

За обособена позиция №1, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Оферираното от участника оборудване не отговаря на следните изисквания от техническата спецификация:

– „Максимални външни размери 1954 x 996 x 1314 (височина x широчина x дълбочина)“. Предложената от участника система за обезвреждане е с размери - 1424x1850x1278. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Правоъгълна камера с максимални размери 670x670x1000мм.“ Предложената от участника система за обезвреждане е с камера с размери - 660x660x1000мм. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Обем на камерата – 440-450 литра“. Предложената от участника система за обезвреждане е с обем на камерата – 434 литра. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Инсталацията да има ежекторна вакуумна система, осигуряваща икономия на вода и електричество, както и ниско ниво на шум“. Предложената от участника инсталация е с вакуум помпа. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Инсталацията да разполага с преден светлинен панел, на който чрез светлинни индикатори се отразяват основните процеси и аларми“. В предложението на участника липсва такъв панел. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №3:

За обособена позиция №3, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Оферираното от участника оборудване не отговаря на следните изисквания от техническата спецификация:

– „Флексия: нагоре/надолу: мин. 140°/140°. Предложението на участника е за флексия: нагоре/надолу: мин. 180°/130°. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

- „Работен канал: мин. диаметър Ø 1.5 мм“. Предложението е за работен канал: Ø 1.2 мм. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

III.2. Участникът „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД, гр. Варна-9002, ул. «Кирил Шиваров» №9Б, с оферта с вх. 2/30.10.2014 г., отстранявам за всички обособени позиции, за които участва: №№1 и 2.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №1:

Участникът не отговаря на минималното изискване по т .10.5.1.1. от решението за

откриване на процедурата. Видно от представения от участника документ по т.10.5.2.1. от решението за откриване на процедурата, е че за 2013 г., участникът е реализирал оборот от дейност, еднаква или сходна с обекта на поръчката за обособена позиция №1, в размер на 73 036 лв., което не отговаря на минималното изискване по т. 10.5.1.1. от решението за откриване на процедурата - „Участникът трябва да е реализирал оборот от продажбата на медицински изделия (медицинско оборудване) за 2013 г, в размер на 50 на сто от размера на посочените от Възложителя в т.7 от решението за откриване на процедурата, максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва», а именно - 98 000 лв.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №2:

За обособена позиция №2, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Оферираното от участника оборудване не отговаря по следното изискване от техническата спецификация: „ Избираема скорост на инфузия от 0,01 мл/ч до 200 мл/ч с минимална стъпка 0,1 мл/ч. Промяна на скоростта по време на работа без прекъсване на инфузията“. Предложението е за избираема скорост на инфузия от 0,1мл/ч до 1500 мл/ч. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: инструкция за употреба на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

III.3. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ » ООД, гр. София 1750, ж.к. «Младост», бл.28Б, /ул. «Димитър Моллов»/, с оферта с вх. №5/31.10.2014 г., отстранявам за обособената позиция, за която участва: №1.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №1:

За обособена позиция №1, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Оферираното от участника оборудване не отговаря на следните изисквания от техническата спецификация:

- „Максимални външни размери 1954 x 996 x 1314 (височина x широчина x дълбочина)“. Предложената от участника система за обезвреждане е с размери - 1970x980x1260. Това обстоятелство е видно от представения от участника актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Правоъгълна камера с максимални размери 670x670x1000мм.“ Предложената от участника система за обезвреждане е с камера с размери - 660x660x1000мм. Това обстоятелство е видно от представените от него: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Инсталацията да има ежекторна вакуумна система, осигуряваща икономия на вода и електричество, както и ниско ниво на шум“. Предложената от участника инсталация е с вакуум помпа. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Инсталацията да разполага с преден светлинен панел, на който чрез светлинни индикатори се отразяват основните процеси и аларми“. В предложението на участника липсва такъв панел. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата.

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки” да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение копие от

решението до всички участници, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня” и „КАИЛ” при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.

V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП, в деня на изпращане на решението на участниците, възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки”, да изпрати на Митко Ганов – системен администратор в сектор „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в профила на купувача, настоящето решение заедно с протокола на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Приложение:

Приложение №1 – Класиране на участниците.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.



Класиране на участниците

№ на обособена-та позиция	Наименование на медицинско-то изделие /медицинско оборудване/, компонентите, окомплектовката и консумативите, необходими за пускане в експлоатация на МО, съгласно техническата спецификация и обучение на персонала	Класиране
1	2	3
1	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци – 1 брой за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със Системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци.	
1	"МЕДИТЕХ" ООД	1 място
2	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Спринцовкова инфузионна помпа – 5 броя за нуждите на „КАИЛ – анестезия“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със спринцовковата инфузионна помпа.	
2	"СОЛОМЕД" ООД	1 място

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

