



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков № 52А



Certificated QM System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

София, 20..... г.

РЕШЕНИЕ

№ РД - 25-230/08.12.2014 г.

за прекратяване по отделна обособена позиция на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня” и „КАИЛ” при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/

Възложител: УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД.

I. На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП

ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка за следната обособена позиция - №3

1. Мотиви:

1.1. Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

Констатациите се съдържат в Протокол по чл. 72, ал.1 от ЗОП от 08.12.2014 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед №РД-25-187/03.11.2014 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД– София.

1.2. Участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. 1/30.10.2014 г., е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя за обособена позиция №3:

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №3:

За обособена позиция №3, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Оферираното от участника оборудване не отговаря на следните изисквания от техническата спецификация:

– „Флексия: нагоре/надолу: мин. 140°/140°. Предложението на участника е за флексия: нагоре/надолу: мин. 180°/130°. Това обстоятелство е видно от предложението

за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

- „Работен канал: мин. диаметър Ø 1.5 мм“. Предложението е за работен канал: Ø 1.2 мм. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

2. Вид на процедурата: Открита процедура.

3. Описание на обекта на поръчката:

3.1. Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци – 1 брой за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със Системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

3.2. Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Спринцовкова инфузионна помпа – 5 броя за нуждите на „КАИЛ – анестезия“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със спринцовковата инфузионна помпа.

3.3. Обособена позиция №3 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интубационен фибробронхоскоп с окуляр – 1 брой, със съответните консумативи за нуждите на „КАИЛ“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с интубационния фибробронхоскоп с окуляр.

4. Описание на съответните обособени позиции, за които се прекратява процедурата: **обособена позиция №3:** Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интубационен фибробронхоскоп с окуляр – 1 брой, със съответните консумативи за нуждите на „КАИЛ“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с интубационния фибробронхоскоп с окуляр.

5. Код, съгласно Общия терминологичен речник:

Основен предмет: 33100000

Допълнителен предмет : 33191110

33168100

33194110

6. Публикувани обявления в:

6.1. електронната страница на Официалния вестник на ЕС: S 194-342385 от 09.10.2014 г.;

6.2. Регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2014-0014;

7. Процедурата е открита с Решение №РД-25-177/06.10.2014 г. на изпълнителния директор на болницата.

III. На основание чл. 39, ал. 3 от ЗОП, възлагам на началника на отдел “Тазарни проучвания и доставки”, да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение, в един и същи ден:

- копие от решението до всички участници, взели участие в обявената открита

процедура;

- настоящето решение, на Митко Ганов – системен администратор в сектор „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в профила на купувача;
- копие от решението до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

