



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.
Телефон: (00359 2) 9159 404
факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

София, 20..... г.

РЕШЕНИЕ

№ РД - 25-1190 / 04.052015 г.

за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители по съответните обособени позиции

Възложител: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от 04.05.....2015 г. на назначената със Заповед №РД-25-125/31.03.2015 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД – София комисия за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти и Заповед № РД-25-125А/27.04.2015 г. за определяне на нов член на комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”, открита с решение № РД-25-32/17.02.2015 г. и решение за промяна №РД-25-63/27.02.2015 г. на изпълнителния директор на болницата, обявление S 044-075587 от 04.03.2015 г., обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на ЕС и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2015-0005,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците по обособени позиции, съгласно обявления критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение.

II. Участниците, класирани на първо място за съответните позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по съответните позиции.

III. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП посочвам отстранените от участие в процедурата участници и оферти, а именно:

III.1. Участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. №1/30.03.2015 г., отстранявам за **обособена позиция №4.**

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:

Участникът не отговаря на минималното изискване по т. 10.6.1.5. от решението за откриване на процедурата: *„Участникът следва да представи доказателства, че лицето в Република България, определено от производителят на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, има изпълнени поне 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферирания медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата“.*

От представените от участника доказателства за извършените услуги, предоставени под формата на заверени от участника копия на удостоверения, издадени от вписаните от участника получатели в представения документ по т. 10.6.2.7. от решението за откриване на процедурата е видно, че:

- дружеството „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, няма изпълнени минимум 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферирания медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

- оборудването, предмет на договорите, сключени с посочените по-горе Възложители, не е идентично на оферирания от участника - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД оборудване по обособена позиция №4 като вид за конкретния производител.

III.2. Участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД, гр. София-1700, бул. «Симеоново шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, с оферта с вх. №2/30.03.2015 г., отстранявам за *обособена позиция №4.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:

Непредставени от страна на участника допълнително изискани от Комисията документи, а именно:

1. доказателства за извършените от „САВЕНА БГ“ ЕООД /дружеството, което предоставя на участника всичките си ресурсни възможности: сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз с техническите си съоръжения за изпълнение на поръчката и сервизната поддръжка, вкл. сертифициран специалист, който ще извърши дейностите по монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и ще обслужва гаранционно оферирания от участника оборудване по обособена позиция №4/ услуги, предоставени под формата на заверени от тях копия на удостоверения, издадени от вписания от „САВЕНА БГ“ ЕООД получател в представения документ по т. 10.6.2.7. от решението за откриване на процедурата – „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново“ ЕАД, които да съдържат информация за: модела и производителя на съответното медицинско оборудване, обект на конкретния договор.

2. Документ по т. т. 10.8.1. от решението за откриване на процедурата - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (*Образец-Е*), от г-н Димитър Иванов и г-н Симеон Иванов.

III.3. Участникът „МЕДИМАГ-МС“ ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади-Изток“, ул. „Димитър Сагаев“ №19, с оферта с вх. №3/30.03.2015 г., отстранявам за *обособена позиция №1.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №1:

1. За оферирания медицински изделия /медицинско оборудване/ по обособена позиция №1, участникът не е представил изисканият от Комисията документ по т.10.6.2.5. от решението – „Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено:

А/ от производителя на медицинското изделие /МО/ и консуматива към него- катетри за вътресъдова визуализация, съвместими със системата - ST.JUDE MEDICAL INC./САЩ

или

Б/ от упълномощеният представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление, че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/“;

2. За оферираното медицинско оборудване по обособена позиция №1, участникът не е представил изисканият от Комисията документ по т.10.6.2.7. от решението – „Списък на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, изпълнени от лицето в Република България, определено от производителя на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати /или срок на действие на договора/ и получатели, както и кой/кои от договорите са по ЗОП и НВМОП, заедно с доказателство за извършената услуга, предоставено под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата-заверени от участника копия“;

3. За оферираното медицинско оборудване по обособена позиция №1, участникът не е представил изисканият от Комисията документ по т.10.6.2.8. от решението за откриване на процедурата – „Декларация от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване), относно гаранционния му срок в месеци - свободен текст, в превод на български език“.

4. За оферираното медицинско оборудване по обособена позиция №1 и консуматив към него- катетри за вътресъдова визуализация, съвместими със системата, с търговски наименования: ILUMIEN Therapy Guidance System и съответно Dragonfly™, производство на ST.JUDE MEDICAL INC./САЩ, участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т.т.10.6.2.9. и 10.6.2.10. от решението за откриване на процедурата, а именно:

4.1. Декларация за съответствие на медицинското изделие (медицинско оборудване) по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

4.2. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ (медицинско оборудване) е участвал нотифициран орган – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

5. За оферираното медицинско оборудване по обособена позиция №1, участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. т. 10.6.2.13. и 10.6.2.14. от решението, а именно:

5.1. Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и се задължава да реагира в рамките на оферираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в периода от 08,00 ч.-17,00

часа и от 17,00 ч.-08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

5.2. Декларация от лицето, определено от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и че се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в оферираният участник часове, след като е извършил диагностика и е констатирал проблема.

6. *За обособена позиция №1*, участникът не е представил изисканият от Комисията документ по т. 10.6.2.15. от решението - Документ от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване) или от неговия упълномощен представител, че медицинското оборудване е произведено след 01.01.2014 г. - свободен текст, в превод на български език.

III.4. Участникът „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София-1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл.52Е, вх.В, ап.43, с оферта с вх. №4/30.03.2015 г., отстранявам за *обособена позиция №4*.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:

За обособена позиция №4, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие, а именно:

1. Относно изискването на възложителя – *«Да е лек, компактен и мобилен с общо тегло не повече от 40 кг (включително мобилната количка на колела). Да може да се отделя от количката и да се закача самостоятелно на леглото на пациента или на реанимационна колона»*. Предложеният от участника апарат е с тегло 51 кг. и не може да се отделя от количката и да се закача самостоятелно на леглото на пациента или на реанимационна колона. Тези обстоятелства са видни от представената от участника кратка инструкция за работа с апарата и от приложения от участника каталог.

2. Относно изискването на възложителя – *«Да е подходящ за обдишване на пациенти с тегло минимум в диапазона (10-250) кг.»*. Предложеният от участника апарат може да обдишва пациенти с тегло до 150 кг. Това обстоятелство е видно от: техническото предложение на участника и от приложения от участника: кратка инструкция за работа с апарата и каталог.

3. Относно изискването на възложителя *«Ниво на налягане над РЕЕР – (0 – 120) cmH₂O;»*. Предложеният от участника апарат е с ниво на налягане над РЕЕР – (5 – 90) cmH.

Това обстоятелство е видно от: техническото предложение на участника и от приложения от участника: кратка инструкция за работа с апарата и каталог.

4. Относно изискването на възложителя - *«РЕЕР – (0-50) cmH₂O;»*. Предложеният от участника апарат е с РЕЕР – (0 – 45) cmH₂O. Това обстоятелство е видно от: техническото предложение на участника и от приложения от участника: кратка инструкция за работа с апарата и каталог.

5. Относно изискването на възложителя - *«Инспираторно време – (0,1 – 5) сек.;»*. Предложеният от участника апарат е с Инспираторно време – (0,2 – 8) сек. Това обстоятелство е видно от: техническото предложение на участника и от приложения от участника: кратка инструкция за работа с апарата и каталог.

III.5. Участникът „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София 1680, ж.к. «Бели Брези», ул. «Хайдушка гора» №59-61, с оферта с вх. №6/30.03.2015 г., отстранявам за *обособена позиция №1*.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №1:

1. За оферирания консуматив към оборудването по обособена позиция №1, а именно: „2 бр. естествено резорбируема система (стент Evrolimus)“, участникът не е представил следните документи:

1.1. информация за: производителят на оферирания естествено резорбируема система; за търговското ѝ наименование и каталожен №;

1.2. документ по т.10.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура;

1.3. документ по т. 10.6.2.9. от решението за откриване на процедурата- Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

1.4. документ по т. 10.6.2.10. от решението за откриване на процедурата- ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

1.5. документ по т. 10.6.2.11. от решението за откриване на процедурата- Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език;

1.6. документ по т. 10.6.2.12. от решението за откриване на процедурата- Актуален оригинален каталог на предлаганото медицинско изделие, с превод на български език;

2. Участникът е представил към офертата си: „Декларация по чл.51а, ал.1 от ЗОП“, подписана от г-н Георги Коцев – директор на фирма БК Медикал ЕООД, относно следните обстоятелства: че представляваното от него дружество предоставя всичките си ресурсни възможности: сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз с техническите съоръжения за изпълнение на поръчката и сервизната поддръжка, вкл. сертифицирани сервизни специалисти – в лицето на инж. Данаил Чучумишев, който ще извърши дейностите по монтаж и пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на оферирания от участника оборудване по обособена позиция №1. След направена справка в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, Комисията установи, че дружеството „БК МЕДИКАЛ“ ЕООД се представлява от г-н Борис Георгиев Коцев, а не от г-н Георги Коцев. Участникът не е представил документ от управителя на „БК МЕДИКАЛ“ ЕООД за изричното упълномощаване на г-н Георги Коцев.

3. За оферирания медицинско оборудването по обособена позиция №1, за доказване на минималното изискване по т. 10.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът е представил следните документи по т.10.6.2.7.:

3.1. „Списък на лечебните заведения със сервизни договори за обслужване на медицинска апаратура в т.ч. и оптичен кохерентен томограф, подписан от инж. Г. Коцев, а не от представляващия „БК МЕДИКАЛ“ ЕООД -г-н Борис Георгиев Коцев;

3.2. доказателства за извършените от „БК МЕДИКАЛ“ ЕООД услуги, предоставени под формата на заверени от тях копия на удостоверения, изд. от следните Възложители: СОБАЛ „Кристал“ ООД; СОБАЛ „ПЕНТАГРАМ“ ЕООД И МЦ „Орбита-Иво Ралчовски“ ЕООД.

От представените от участника документи, описани по-горе е видно, че:

- дружеството „БК МЕДИКАЛ“ ЕООД, няма изпълнени минимум 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки

обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

- оборудването, предмет на договорите, сключени с посочените по-горе Възложители, не е идентично на оферираното от участника - „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД оборудване по обособена позиция №1 като вид за конкретния производител.

С оглед на гореизложеното следва, че участникът не отговаря на минималното изискване по т. 10.6.1.5. от решението за откриване на процедурата: *„Участникът следва да представи доказателства, че лицето в Република България, определено от производителя на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, има изпълнени поне 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата“*

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки” да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение копие от решението до участниците, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”*

V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП, в деня на изпращане на решението на участниците, възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки”, да изпрати на системния администратор, служител на “АЙ ПИ СЕК” ЕООД, за публикуване в профила на купувача, настоящето решение заедно с протокола на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Приложение:

Приложение №1 – Класиране на участниците.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.



Изготвил:

Н. Георгиева – мл. експерт в отдел “ТПД”

Съгласувал:

Юл. Добрева – юрист и н-к отдел “ТПД”

Класиране на участниците

№ на обособената позиция	Наименование на медицинските изделия /медицинско оборудване / и техните компоненти, окомплектовка и консумативи, съгласно техническата спецификация	Класиране
1	2	3
2	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Високоспециализиран ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика	
2	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	1 място
3	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Високоспециализиран ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика.	
3	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	1 място
4	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарати за механична вентилация – 2 броя, със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Апарати за механична вентилация.	
4	"МЕДИМАГ-МС" ООД	1 място
5	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Монитор за церебрална оксиметрия – 1 брой, със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Монитора за церебрална оксиметрия.	
5	"МЕДИЛОН" ЕООД	1 място
6	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интрааортна балон помпа за контрапулсация – 1 брой, със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Интрааортната балон помпа за контрапулсация.	
6	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	1 място

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

