

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света
Екатерина" ЕАД

УТВЪРДИЛ:
ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ Д.М.Н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Дата на утвърждаване: 09.08.2016г.

ДОКЛАД
по чл. 60 от ППЗОП

За резултатите от работата на комисията назначена със заповед № РД-25-152/03.08.2016г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД – София, за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на комплект рентгенов излъчвател с високоволтов кабел за нуждите на “Отделение по образна диагностика” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, подмяна на дефектиралите компоненти и извършване на всички необходими действия по монтаж, инсталиране и тестване за съвместимост на доставените медицински изделия (медицинското оборудване) с компютърен томограф СТ Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, както и пускане на компютърния томограф в експлоатация”, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – доц. д-р Мария Недевска – началник „Отделение по образна диагностика“

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Георги Славков – завеждащ „Технически сектор и инж. поддръжка на медицинска апаратура“;
2. Весела Симидчиева – експерт в отдел “Пазарни проучвания и доставки”;
3. Юлия Добрева – юрист и н-к отдел “Пазарни проучвания и доставки”;
4. Искра Коцева – счетоводител в отдел “Финансово - счетоводен”.

I. Комисията състави протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатациите относно наличието и редовността на представените документи за подбор, съгласно решение № РД-25-142/18.07.2016 г. за откриване на процедурата и документацията на обществената поръчка, и на 04.08.2016 г. уведоми участника в процедурата за редовността на представените от него документи, като изпрати протокола по факс и публикува същият на интернет страницата в “Профила на купувача“.

II. В протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е записано, че комисията е констатирала:

1. В офертата на “МЕДИМАГ“ ЕООД, гр. София, ж.к. “Манастирски ливади - Изток“, ул. „Димитър Сагаев“ № 19, са представени всички изискуеми от Възложителя

документи, съгласно решение № РД-25-142/18.07.2016 г. за откриване на процедурата и документацията на обществената поръчка.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на единствения участник в процедурата за избор на изпълнител, допуснат до този етап, което е в съответствие с предварително обявените условия и изисквания, а именно:

III.1. Оферираното от участника медицинско оборудване - комплект рентгенов излъчвател с високоволтов кабел, производство на Toshiba Medical Systems Corporation - Япония, с търговско наименование - Рентгенов излъчвател с високоволтов кабел; каталожен номер - MCS 7088/A и модел - Megacool 7.5 MHU, отговаря напълно на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация на Възложителя.

III.2. Оферираното от "МЕДИМАГ" ЕООД медицинско оборудване подлежи на проверка /профилактика/ на всеки 6 /шест/ месеца, през гаранционния му срок.

III.3. Участникът приема срокът за изпълнение да е до 5 работни дни, считано от датата на сключване на договора, включващ:

III.3.1. срок за изпълнение на доставка на медицинското изделие (медицинско оборудване) - до 3 работни дни от датата на подписване на договора;

III.3.2. срок за подмяна на дефектиралите компоненти и извършване на всички необходими действия по монтаж, инсталиране и тестване за съвместимост на медицинските изделия (медицинското оборудване) с компютърен томограф СТ Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, и пускане на компютърния томограф в експлоатация - до 2 работни дни, след деня на доставката им.

III.4. "МЕДИМАГ" ЕООД предлага следния гаранционен срок на рентгеновия излъчвател: 11 месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтаж, инсталация и тестване за съвместимост на оборудването или 300 000 /триста хиляди/ среза /обороты на гентрито/, в зависимост от това, което обстоятелство настъпи първо.

III.5. Участникът приема времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя;

III.6. "МЕДИМАГ" ЕООД приема срокът за отстраняване на повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

III.7. Участникът приема следния начин на плащане - отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж, инсталиране и тестване за съвместимост на медицинските изделия (медицинското оборудване) с компютърен томограф СТ Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, и пускане на компютърния томограф в експлоатация, и издадена фактура.

IV. На 04.08.2016г. на адреса на Профила на купувача на болницата: <http://www.uhsek.com/puborders>, бе оповестено, че на 09.08.2016 г. от 10,00 в зала №1, на партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, ще бъде отворен плика с "Предлагани ценови параметри" на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя. С писмо с изх. №01-00-837-2/04.08.2016г., комисията уведоми участника в процедурата за датата и часа на отваряне на плика "Предлагани ценови параметри".

V. На 09.08.2016 г. в 10,00 ч. при отварянето на плика "Предлагани ценови параметри" присъства упълномощен представител на участника – Емил Иванов. Член на комисията отвори плика с предлаганите ценови параметри на участника и оповести предложената от участника обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката в лева, без ДДС, а именно: 186 134,70 лв. без ДДС.

VI. В изпълнение на изискванията на чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха ценовото предложение на участника. Тъй като подадената оферта е единствена, т.е. липсваха представители на други участници, за това подписването на ценовото предложение на участника не беше извършено, както е изискването на разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП.

VII. В изпълнение на изискванията на чл.58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията извърши класиране на единствения участник, съобразно степента на съответствие на офертата с предварително обявените от Възложителя условия.

VIII. Офертата на допуснатия участник беше класирана според критерия за възлагане: „най-ниска обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката в лева, без ДДС».

“МЕДИМАГ“ ЕООД предлага следната обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката в лева, без ДДС: 186 134,70 лв. без ДДС, която стойност е в съответствие с максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя.

IX. Въз основа на изложеното в т.VIII от настоящия доклад, Комисията предлага на Възложителя да издаде решение за обявяване на класирането на участниците, като определи за изпълнител на поръчката, класира на първо място и сключи договор с участника-“МЕДИМАГ“ ЕООД.

На 09.08.2016 г., Комисията приключи своята работа и на основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с цялата документация по откритата процедура.

Приложения:

Приложение № 1 – Протокол на комисията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации, относно наличието и редовността на представените документи за подбор;

Този протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
доц. д-р Мария Недевска – началник „Отделение по образна диагностика“

ЧЛЕНОВЕ:

1.
инж. Георги Славков – завеждащ „Технически сектор и инж. поддръжка на медицинска апаратура“
2.
Весела Симидчиева – експерт в отдел “Пазарни проучвания и доставки”
3.
Юлия Добрева – юрист и н-к отдел “Пазарни проучвания и доставки”
4.
Искра Коцева – счетоводител в отдел “Финансово - счетоводен”.