



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.
Телефон: (00359 2) 9159 404
факс: (00359 2) 9549057

Изм. № 017-3-9

София, 05.03 19 20..... г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Относно: запитвания във връзка с документацията по обществена поръчка с предмет: { 00010-2019-0002}: "Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД“.

Във връзка с отправено запитване относно условията на обществената поръчка: {00010-2019-0002}: "Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД“ и на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП давам следните разяснения:

Въпрос 1:

„По Обособена позиция II номенклатура 226 - Игли за вземане на кръв със затворена система с камера за визуализиране на попадането на иглата във вена със заключващ механизъм - иглата с интегрирана камера с холдер ли е или без? “.

Отговор на въпрос №1:

Игла с интегрирана камера, няма заключващ механизъм. Тази игла се комплектова с холдер със заключващ механизъм, т.е. касае се за игли за вземане на кръв със затворена система с камера за визуализиране на попадането на иглата във вена, в комплекс с холдер със заключващ механизъм.

Въпрос 2:

„По Обособена позиция II номенклатура 227 - Луер адаптор за вземане на кръв от включен периферен венозен източник - това игла бъртерфлай ли е или обикновен адаптор? “

Отговор на въпрос №2:

Касае се за обикновен луер адаптор. Игли тип „бъртерфлай“ предполагат вземане на кръв от интактна вена, а не от включен периферен венозен източник.

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в горепосочения предмет.

Су
Пр
ИЗ
УМ

Зализено и
оставено
гл. 2 об
3312