



# УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков № 52А



Certificated QM-System  
ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413  
9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:  
Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.  
Телефон: (00359 2) 9159 404  
факс: (00359 2) 9549057

Изм. № .....

01-00-1941-4

София, 21.02.18 20..... г.

До потенциалните участници в обществена поръчка посредством събиране на оферти с публикуване на обява с предмет: „Преустройство на съществуваща ангиографска зала в зала за ангиографски изследвания и процедури на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, открита с обява № РД 25-21/07.02.2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документация на обявената от УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД обществена поръчка посредством събиране на оферти с публикуване на обява с предмет: „Преустройство на съществуваща ангиографска зала в зала за ангиографски изследвания и процедури на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, Ви предоставяме на основание чл. 189 от ЗОП постъпилите въпроси и техните отговори, които следва да имате предвид при изготвяне на офертите си за участие:

**Въпрос № 1:**

1. От описанието на позиция „15“ по част „Архитектура“ в КСС, а именно: „**Направа на отвор в тухлен зид и укрепване за монтаж на оловно стъкло 160/70**“, не става ясно, дали трябва да се предвиди ново оловно стъкло?

**Отговор:**

1. Преустройството на ангиографската зала в зала за ангиографски изследвания и процедури ще се извърши в пълно съответствие с документите, свързани с проектирането на залата, предоставени на участниците при извършването на оглед на обекта. В тях е предвидено ново оловно стъкло, което означава, че участниците също трябва да го предвидят в офертата, която подават за участие в обществената поръчка.

.....  
проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.  
изпълнителен директор на  
УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

