

ДОГОВОР

№ РВ-25-94

Днес, 27.08.2018 г. в гр. София между:

УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД с ЕИК: 831605845 със седалище и адрес на управление: гр. София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, представлявано от проф. д-р Генчо Начев, д.м.н. – Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и
„Диагностик Имиджинг“ ООД, гр. София - 1505, ул. "Каймакчалан", офис 5-6 № 1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 130099103, представлявано от Бисер Стефанов – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и чл. 69 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от 15.08.2018 г. от работата на комисията за класиране на оферти и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, съгласно Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя - Приложения № 2 и № 3, неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да приеме медицинската апаратура и да заплати договорената съгласно условията, посочени по-долу.

1.2. Освен доставката по чл.1.1 предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- монтаж, настройки, тестване и въвеждане в експлоатация на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД описана в чл.1.1.

- Обучение на определени от възложителя медицински специалисти и други лица за работа с медицинското оборудване.

- Гаранционно поддържане на доставеното медицинско оборудване по време на гаранционния му срок, който е 12 месеца, считано от датата на подписване на протокол за въвеждане в експлоатация.

- Доставеното оборудване трябва:

- да има нанесена „CE“ маркировка;
- да има нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;
- да е с четлива маркировка за производител, модел, сериен номер /католожен номер;

1.3. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по чл.1.1 и чл.1.2. в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, и техническото и ценовото предложение, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

1.4. Мястото на доставка, монтаж, настройки, тестване и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване посочено в чл.1.1. и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния ѝ срок е: гр. София бул. „Пенчо Славейков“ № 52А – сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД – Клиника по кардиология.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 60 150,00 лева без ДДС (шестдесет хиляди сто и петдесет) представляващи 72 180,00 лева с ДДС (седемдесет и две хиляди сто и осемдесет), съгласно Ценовото предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.

2.2. Посочената в чл. 2.1 цена е крайна и включва цената за доставка и прехвърляне на собствеността на **Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура** и всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, включително и: разходи за опаковка, товарене, транспорт, застраховка, митни сборове, такси (ако има), разтоварване, разопаковане, монтаж, настройки, тестване, въвеждане в експлоатация, привеждане в работно състояние готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти определени от възложителя и предоставяне на цялата техническа документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване (за труд, резервни части и консумативи) в срока на гаранцията, която е 12 месеца, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

2.3. Цената посочена в настоящия Договор цени е крайна и остава непроменена за срока на действието му.

2.4. Плащането по настоящия договор се извършва в български лева, с платежно нареддане по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на отложено плащане до 30 дни, след представяне на приемо-предавателни протоколи за: извършена доставка на апаратурата, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на апаратурата и за обучение на специалистите определени от възложителя за работа с апаратурата подписан в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица и издадена фактура в оригинал и едно заверено копие, съдържаща всички законови реквизити и **гаранционна карта**.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

"Райфайзенбанк" АД

IBAN BG19 RZBB 9155 1060 4429 18

BIC RZBB BGSSF

2.5. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за последваща промяна на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

2.6. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

2.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя конкретната дата на плащане в срока, определен по чл.2.4.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

3.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и изтича след изтичането на по-късния измежду срока на гаранцията (посочва се) и срока на гаранционното обслужване на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, предмет на Договора.

3.2. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка е, както следва:

3.2.1. Срокът за доставка на оборудването е до 5 седмици, от датата на подписане на договора с избрания изпълнител.

3.2.2. Срокът за монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане /пускане/ в експлоатация на доставената Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура е до 4 работни дни от датата на доставка, съгласно двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

3.2.3. Срокът за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с апаратурата е 1 работен ден, след пускане в експлоатация.

3.2.4 Срокът за извършване на цялостна гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на апаратурата е 12 месеца, считано от датата на подписане на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

3.2.5. Срокът за реакция /констатиране на повредата/ при възникнал проблем да бъде до 2 /два/ часа, от получаване на рекламиационно съобщение по реда предвиден в настоящият договор.

3.2.6. Режимът на гаранционна поддръжка „в работно време“ следва да се реализира в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч. Режим на поддръжка „24 x 7“ ще се реализира по 24 часа 7 дни в седмицата, и до 8 /осем/ часа през почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

3.2.7. Отстраняването на настъпила повреда и възстановяване на работоспособността на компонент в режим на поддръжка „24x7“ следва да се извърши в срок до 48 часа, считано от датата и часа на констатиране на повредата след извършена диагностика.

3.2.8. Отстраняването на настъпила повреда в режим на поддръжка „в работно време“ следва да се извърши в срок до 48 часа, считано от датата и часа на констатиране на повредата.

3.3. Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с ръководство за употреба / инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят предава медицинското оборудване на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената апаратура с Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя от Страните или техни упълномощени представители се подписва приемо-предавателен протокол.

3.5. Приемо-предавателният протокол се подписва след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно чл.3.3. и 3.4 от договора. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер [серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни], предмет на доставка.

3.6. Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (пет) работни дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 10 (десет) работни дни.

3.7. При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен **Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката**. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне

на доставката на медицинското оборудване с повече от 30 работни дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора.

3.8. Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 3.7. без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на медицинското оборудване. Приемането на доставката на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура с Приемо-предавателния протокол по чл. 3.7. няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

3.9. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 10 (десет) работни дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок

3.10. При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по чл. 3.7. и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на чл. 3.9. Изпълнителят заменя доставената Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по чл. 3.9., който не може да бъде по-дълъг от 40 дни.

3.11. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по чл. 3.7., Възложителят не дължи заплащане на цената по чл. 2.1. от настоящият договор преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

3.12. Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура в срок от 4 календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3.4., съответно по чл. 3.7.

3.13. За извършения монтаж и въвеждане на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола до окончателното въвеждане на оборудването в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

3.14. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на оборудването в експлоатация.

IV. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа със Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура в деня на въвеждане в експлоатация на апаратурата.

4.2. Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на определените от възложителя по реда на чл. 4.1. специалисти за работа с оборудването в срок от 1 работен ден, след въвеждане в експлоатация на апаратурата.

4.3. Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, като при необходимост времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

4.4. За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

4.5. Замяна на медицински специалисти и други длъжностни лица на възложителя, подлежащи на обучение е допустима в срок до 2 дни от започване на обучението и не повече от 2 (два) пъти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 5.1. Права и задължения на Изпълнителя

5.1.1. Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация, Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура - предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на възложителя и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

5.1.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

5.1.3. Изпълнителят се задължава да извърши гаранционно обслужване на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура в рамките на гаранционния ѝ срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

5.1.4. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното оборудване проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

5.1.5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещението на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

5.1.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

5.1.7. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещението на Възложителя, в които ще се монтира Медицинското оборудване.

5.1.8. Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и съгласно договорените условия.

5.1.9. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинското оборудване в експлоатация.

Член 5.2. Права и задължения на Възложителя:

5.2.1. При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по чл. 2.1 от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

5.2.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинското оборудване, предмет на Договора по реда на чл. 3.3. – чл. 3.10., ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 3 (три) дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещението си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

5.2.3. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинското оборудване на посочения в чл. 1.4. от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

5.2.4. Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

5.2.5. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

5.2.6. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставеното по Договора Медицинско оборудване, както по отношение на монтажа и инсталацията му при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните му условия.

5.2.7. Възложителят има право да изиска от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

5.2.8. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

5.2.9. Възложителят има право да изиска от Изпълнителя да склучи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.2.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

Раздел VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

6.1. Гаранционна отговорност

6.1.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

6.1.2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинското оборудване, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

6.1.3. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 2 часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

6.1.4. Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 48 часа или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 48 часа Изпълнителят осигурява на Възложителя обратно оборудване, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

6.2. Гаранционно (сервизно) обслужване

6.2.1. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура в гаранционния срок, който е 12 месеца. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещението на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя .

Раздел VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора по чл.2.1, представляваща сумата от 3007,50 лв.

7.2. Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора и за гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му.

7.3. Изпълнителят избира формата на гаранцията между една от следните:

7.3.1. парична сума внесена по следната банковата сметка на Възложителя:

Обслужваща банка: „Интернейшънъл Асет Банк“ АД;

IBAN: BG45IABG81231000185400;

BIC: IABGBGSF;

Титуляр на сметката: УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД;

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

7.3.2. Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяма и непрехвърляема и покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнение със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.

А). Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Б). Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

7.3.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. Когато изпълнителят представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението се представя оригиналът на същата.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне изпълнението на задълженията си по договора.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото му да търси обезщетение за претърпени вреди.

7.6. Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

7.7. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел „Финансово- счетоводен“ на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за получаване на оригинала й.

7.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 20 (двадесет) процента от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение /или 601,50 лв./ в срок от 5 работни дни от извършване на плащането при условията на настоящия Договор.

7.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 80 (осемдесет) процента от гаранцията /или 2406,00 лева/ за изпълнение за обезпечаване на гаранционния срок на оборудването.

7.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава сумата по чл. 7.9. в срок от 5 работни дни от изтичането на гаранционния срок на апаратурата, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

7.11. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.12. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

7.13. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

7.14. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три работни) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 7.1., като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в чл. 7.1.

7.15. Възложителят не дължи лихви върху сумите попредоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

7.16. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

7.17. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ:

8.1. При неспазване на срока посочен в настоящия договор за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

а) при забава до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от цената на доставената стока;

б) при забава над 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 /двадесет/ % от цената на доставената стока.

Неустойките по букви а) и б) се начисляват от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

8.2. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и по посочена от него банкова сметка.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

IX. ФОРСМАЖОР:

9.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

9.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходния чл. 9.1., което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, съгласно раздел VIII от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се ureждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

9.4. Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да се вмени във вина.

X. СПОРОВЕ:

10.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

10.2. В случай на непостигдане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда на ГПК.

XI. СЪОБЩЕНИЯ:

11.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.2. За дата на съобщението се смята:

- а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- в) датата на приемането – при изпращане по телефон.

11.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

За изпълнителя:

“ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД
гр. София 1505
ул. “Каймакчалан” офис 5-6 № 1
факс №: 02 944 29 16

За Възложителя:

УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД
гр. София - 1431
бул. „Петко Славейков“ № 52А
факс №: 02 91 59 669

11.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

XII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- с изтичане на гаранционния срок на медицинското оборудване;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
 - При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 дни;

12.2. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- При условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
- В случаите и по реда на чл. 73 от ППЗОП;
- При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- при забава продължила повече от 20 календарни дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на оборудването;
- използва подизпълнител, без да е декларидал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

12.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

12.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

12.6. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП, а именно:

12.6.1. при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки: при намаляване цената на оборудването.

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

13.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

13.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

13.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

14.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

14.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

14.4. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по член 10.3. се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

14.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпись.

14.6. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

14.7. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Стари, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

14.8. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

14.9. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. *Приложение № 1* – Техническа спецификация на Възложителя;
2. *Приложение № 2* – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. *Приложение № 3* – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя

Чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БИСЕР СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛ



Чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПРОФ. Д-Р ГЕНЧО НАЧЕВ, д.м.н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Утвърдил:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Изпълнителен директор на

УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА СИСТЕМА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ НА КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА ЗА
АНГИОГРАФСКА АПАРАТУРА**

1. Наличие на протоколи за всички видове сърдечно-съдови процедури – Сърдечни: LCA, RCA, LV/ Ao, User Def ; Периферни съдове: Pigtail, Selective, Microcatheter, User Def.
2. Постоянен мониторинг на хемодинамичните параметри от страна на системата.
3. Рентгенологична образна синхронизация с всички модели и марки ангиографски апарати.
4. Автоматично презареждане с контраст на спринцовката за многократна употреба.
5. Възможност на монтиране на инжектора и/или работния панел, както на масата така и на подвижна стойка.
6. Адекватна системна обратна връзка: сензори за въздух в системата, компютърно отчитане на оставащия контраст, програма за отчитане на силата, обема и количеството на инжектириания контраст и др.
7. Възможност за инжектиране както на контраста, така и на физиологичният разтвор през системата.
8. Дебит на инжектиране - Контраст: Вариращ или фиксиран режим на работа - 0.8 – 40 ml/sec, стъпка 0.1 ml/sec . Физиологичен разтвор: Фиксиран режим на работа - 1.67 ml/sec.
9. Обем - Варира от 0.8 – 99.9 ml, стъпка 1 ml, като се настройва предварително.
10. Налигане - 200 - 1200 psi.
11. Скорост на пълнене - Ръчно или автоматично - 3 ml/sec.
12. Ускорение - 0 – 1.0 sec, стъпка 0.1 sec.
13. Закъснение в инжектирането или в снемането на изображението – 0-99,9 сек.
14. Контролен панел - 27 см (10,5 инча) чувствителен на допир монитор, през който може да се променят параметрите за инжектиране.
15. Обем на спринцовката – 100 мл.
16. Изисквания към захранването: 200-240 VAC, 50-60 Hz; 5 A maximum.
17. Наличие на вградена система за контрол на хемодинамичното налигане с възможност за проследяване на ляво, дясно и симултанско налигане, без нужда от рекалибриране.
18. Наличие на вграден детектор за въздушни мехури, позволяващ безопасна коронарна ангиография.
19. Автоматично пълнене с контраст с възможност за прекъсване на пълненето по всяко време.
20. Наличие на вграден индикатор на контраст в системата за подаване на контраст, не позволяващ инжектирането на други течности освен контрастна материя.
21. Наличие на сензор за ограничаване на налигането по време на инжектиране не позволяващ превишаване на предварително зададените параметри.
22. Варираща скорост на инжектиране, с промяна на натиска върху бутона на дистанционното – 1-4 мл/сек.
23. Дистанционното позволява инжектиране на физиологичен разтвор за промиване на катетъра по време на инвазивната процедура.

24. Освен варираща скорост, да може да се премине на програма с фиксирана скорост на инжектиране, която също може да се контролира с дистанционното.
25. Възможност да се прекъсне инжектирането по всяко време, само като се спре натиска върху дистанционното.
26. Програма, позволяваща инжектирането на физиологичен разтвор с малка скорост – 1-10 мл/мин за около 15 мин. (подобно на инфузия).
27. Да притежава програми както за кардиологията, така и за изследване на периферни съдове.
28. Може да работи със всякакъв вид ангиографска апаратура – Siemens, GE, Philips, Toshiba, Shimadzu).
29. Възможност за регулиране на скоростта, обема, налягането, времето за достигане на максимална скорост по всяко време на процедурата.
30. Възможност за регулиране скоростта, обема, налягането, времето за достигане на максимална скорост, контролирано отложено инжектиране или закъснение в рентгеновото изображение.
31. Възможност за поставяне на контролният панел на масата и да бъде отделен от инжектора, без нужда от промяна на параметрите.
32. Възможност за блокиране на работната повърхност на контролният панел, без загуба на зададените параметри.
33. Възможност за рестартиране на системата в специни случаи, без да се подменят консумативите.
34. Възможност за използване на контраст в опаковки с неограничен обем.

Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

Образец №12 Техническо предложение

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Бисер Бориславов Стефанов, ЕГН 5405241508, притежаваш л.к. 626382779, издадена на 02.12.2009 г. от МВР – гр. София,
в качеството ми на управител на "Диагностик Имиджинг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Каймакчалан" 1, с ЕИК 130099103

участник подал оферта в отговор на обява № 05-00-1050 / 30.07.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с обявените изисквания и условия по публикуваната от Вас обява.

I. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата качествено и в срок, в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания/техническата спецификация.

Декларирам, че:

1. Предлаганото от нас медицинско оборудване е ново и неупотребявано.
2. Предлаганото от нас оборудване е с посочени: производител / упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ (когато е приложимо)/вносител и адрес / седалище на производство; търговско наименование; каталожен номер /серийен номер, модел.
3. Оферираното оборудване съответства на техническата и количествена спецификация и на всички специфични технически и функционални характеристики. Представил съм подробно описание на предлаганото от мен оборудване, включително на техническите и функционални характеристики, съгласно образец на възложителя - № 12A
4. Предлагаме да изпълним дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка за срок от:

• Срокът за доставка на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура е до 5 (пет) седмици, от датата на подписване на договора за обществена поръчка, в случай, че представляваното от мен дружество бъде избрано за изпълнител. Предложението по-горе срок е съобразен със зададеният от Възложителя срок на доставка между 4 и 6 седмици, от датата на подписване на договор с изпълнителя.

• Срокът за изпълнение на услугите по монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на доставленото оборудване е до 4 (четири) работни дни, от датата на доставка, съгласно двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Предложението по-горе срок е съобразен със зададеният от Възложителя срок за монтаж,



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimaging.com

тестване и въвеждане в експлоатация между 3 и 5 работни дни от датата на доставка, съгласно двустранно подписанния приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

• Срокът за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването е 1 (един) работен ден, след въвеждане в експлоатация. Предложението по-горе срок е съобразен със зададеният от Възложителя срок за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването, който следва да е минимум 1 (един) работен ден, след въвеждане в експлоатация.

• Срокът за извършване на цялостна гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписане на протокола за монтиране и пускане в експлоатация. Същият е съобразен с изискването на Възложителя доставеното оборудване да е с гаранционен срок минимум 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписане на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

5. Предлагаме срокът за реакция /констатиране на повредата/ при възникнал проблем да бъде до 2 /два/ часа, от получаване на рекламиационно съобщение по реда предвиден в проекта на договора за обществена поръчка.

6. Предлагаме режимът на гаранционна поддръжка „в работно време“ да се реализира от нас в работни дни от 8 ч. до 17 ч.

6.1. Предлагаме режим на поддръжка „24 x 7“ да се реализира от нас по 24 часа 7 дни в седмицата, и до 8 (осем) часа, през почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

7. Предлагаме да отстраняваме настъпила повреда и да възстановим работоспособността на оборудването в режим на поддръжка „24x7“ в срок до 48 Часа, считано от датата и часа на констатиране на повредата след извършена диагностика;

8. Предлагаме да отстраним настъпила повреда в режим на поддръжка „в работно време“ в срок до 48 часа, считано от датата и часа на констатиране на повредата.

9. Всички описани елементи в настоящето „Предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка“, включително тези извън минималните изисквания на Възложителя от Техническа спецификация, са калкулирани при определяне на цената, посочена в Приложение № 13 „Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ от офертата ни.

10. Предлаганата от нас цена е посочена в Ценово предложение (Приложение № 13) - неразделна част от офертата. При така предложените от нас условия, в нашето Ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описан вид и обхват.

Настоящото предложение е валидно до 01.11.2018г. и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтича

Чл. 2 от ЗЗЛД

Дата : 03.08.2018

Подпись и печат: ...

д-р Бисер Стефанов – управител



21



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

Образец № 12А

Подробно описание на предлаганото оборудване / апаратура, включително на техническите и функционални характеристики

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният Бисер Бориславов Стефанов, ЕГН 5405241508, притежаващ л.к. 626382779, издадена на 02.12.2009 г. от МВР – гр. София,
в качеството ми на управител на "Диагностик Имиджинг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Каймакчалан" 1, с ЕИК 130099103

участник, подал оферта в отговор на публикувана обява № 05-00-1050/ 30.07.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества з аangiографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“

с настоящото представям подробно описание на предлаганото оборудване, включително на техническите и функционални характеристики на същото:

Търговското наименование и модел на оферираната Система за инжектиране на контрастни вещества за angiографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД са следните: ACIST CVi .

Производител на оферираната Система за инжектиране на контрастни вещества за angiографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД е: ACIST Medical Systems със седалище и адрес, както следва: 7905 Фулер Роад, Минесота, САЩ.

Вносител на оферираната Система за инжектиране на контрастни вещества за angiографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД е: „Диагностик Имиджинг“ ООД със седалище и адрес, както следва: гр. София, ул. "Каймакчалан" 1

<i>№ по ред</i>	<i>Изискване на възложителя</i>	<i>Предложение на участника/ подробно описание, технически и функционални характеристики на предлаганото оборудване</i>	<i>Официален документ на производителя и странница/, може да се открие декларираното съответствие</i>
1.	<i>Наличие на протоколи за всички видове сърдечно-съдови процедури – Сърдечни: LCA, RCA, LV/Ao, User Def ; Периферни</i>	<i>Наличие на протоколи за всички видове сърдечно-съдови процедури – Сърдечни: LCA, RCA, LV/Ao, User Def ; Периферни съдове: Pigtail,</i>	<i>Брошура ACIST CVi , стр.8</i>

и

и

22



София 1505
ул. "Кайманкалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

	съдове: <i>Pigtail, Selective, Microcatheter, User Def.</i>	<i>Selective, Microcatheter, User Def.</i>	
2.	Постоянен мониторинг на хемодинамичните параметри от страна на системата.	Постоянен мониторинг на хемодинамичните параметри от страна на системата.	Брошура ACIST CVi , стр.8
3.	Рентгенологична образна синхронизация с всички модели и марки аниографски апарати.	Рентгенологична образна синхронизация с всички модели и марки аниографски апарати.	Брошура ACIST CVi , стр.8
4.	Автоматично презареждане с контраст на спринцовката за многократна употреба.	Автоматично презареждане с контраст на спринцовката за многократна употреба.	Брошура ACIST CVi , стр.8
5.	Възможност на монтиране на инжектора и/или работния панел, както на масата така и на подвижна стойка.	Възможност на монтиране на инжектора и/или работния панел, както на масата така и на подвижна стойка.	Брошура ACIST CVi , стр.8
6.	Адекватна системна обратна връзка: сензори за въздух в системата, компютърно отчитане на оставащия контраст, програма за отчитане на силата, обема и количеството на инжектирания контраст и др.	Адекватна системна обратна връзка: сензори за въздух в системата, компютърно отчитане на оставащия контраст, програма за отчитане на силата, обема и количеството на инжектирания контраст и др.	Брошура ACIST CVi , стр.8
7.	Възможност за инжектиране както на контраста, така и на физиологичният разтвор през системата.	Възможност за инжектиране както на контраста, така и на физиологичният разтвор през системата.	Брошура ACIST CVi , стр.8
8.	Дебит на инжектиране - Контраст: Вариращ или фиксиран режим на работа - 0.8 – 40ml/sec, стъпка 0.1 ml/sec . Физиологичен разтвор: Фиксиран режим на работа - 1.67ml/sec.	Дебит на инжектиране - Контраст: Вариращ или фиксиран режим на работа - 0.8 – 40ml/sec, стъпка 0.1 ml/sec . Физиологичен разтвор: Фиксиран режим на работа - 1.67ml/sec.	Брошура ACIST CVi , стр.8
9.	Обем - Варира от 0.8 – 99.9ml, стъпка 1 ml, като се настройва предварително.	Обем - Варира от 0.8 – 99.9ml, стъпка 1 ml, като се настройва предварително.	Брошура ACIST CVi , стр.8
10.	Налрягане - 200 - 1200 psi.	Налрягане - 200 - 1200 psi.	Брошура ACIST CVi , стр.8
11.	Скорост на пълнене - Ръчно или автоматично - 3 ml/sec.	Скорост на пълнене - Ръчно или автоматично - 3 ml/sec.	Брошура ACIST CVi , стр.8



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

12.	Ускорение - 0 - 1.0 sec, стъпка 0.1 sec.	Ускорение - 0 - 1.0 sec, стъпка 0.1 sec.	Брошура ACIST CVi , стр.8
13.	Закъснение в инжектирането или в снемането на изображението - 0-99,9 сек.	Закъснение в инжектирането или в снемането на изображението - 0-99,9 сек.	Брошура ACIST CVi , стр.8
14.	Контролен панел - 27 см (10,5 инча)чувствителен на допир монитор, през който може да се променят параметрите за инжектиране.	Контролен панел - 27 см (10,5 инча)чувствителен на допир монитор, през който може да се променят параметрите за инжектиране.	Брошура ACIST CVi , стр.8
15.	Обем на спринцовката - 100 мл.	Обем на спринцовката - 100 мл.	Брошура ACIST CVi , стр.8
16.	Изисквана мощност - Може да се промения от производителя: 100-120 VAC, 50-60 Hz, 10 Amaxitum, или 200-240VAC, 50-60 Hz, 5 A maxitum.	Изисквана мощност - Може да се промения от производителя: 100-120 VAC, 50-60 Hz, 10 Amaxitum, или 200-240VAC, 50-60 Hz, 5 A maxitum.	Брошура ACIST CVi , стр.8
17.	Наличие на вградена система за контрол на хемодинамичното налягане с възможност за проследяване на ляво, дясно и симултанско налягане, без нужда от рекалибриране.	Наличие на вградена система за контрол на хемодинамичното налягане с възможност за проследяване на ляво, дясно и симултанско налягане, без нужда от рекалибриране.	Брошура ACIST CVi , стр.4
18.	Наличие на вграден детектор за въздушни мехури, позволяващ безопасна коронарна ангиография.	Наличие на вграден детектор за въздушни мехури, позволяващ безопасна коронарна ангиография.	Брошура ACIST CVi , стр.4
19.	Автоматично пълнене с контраст с възможност за прекъсване на пълненето по всяко време.	Автоматично пълнене с контраст с възможност за прекъсване на пълненето по всяко време.	Брошура ACIST CVi , стр.4
20.	Наличие на вграден индикатор на контраст в системата за подаване на контраст, не позволяващ инжектирането на други течности освен контрастна материя.	Наличие на вграден индикатор на контраст в системата за подаване на контраст, не позволяващ инжектирането на други течности освен контрастна материя.	Брошура ACIST CVi , стр.4
21.	Наличие на сензор за ограничаване на налягането по време на инжектиране не позволяващ превишаване	Наличие на сензор за ограничаване на налягането по време на инжектиране не позволяващ превишаване на	Брошура ACIST CVi , стр.4

16

24




София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

	на предварително зададените параметри.	предварително зададените параметри.	
22.	Варираща скорост на инжектиране, с промяна на натиска върху бутона на дистанционното – 1-4 мл/сек.	Варираща скорост на инжектиране, с промяна на натиска върху бутона на дистанционното – 1-4 мл/сек.	Брошура ACIST CVi , стр.8
23.	Дистанционното позволява инжектиране на физиологичен разтвор за промиване на катетъра по време на инвазивната процедура.	Дистанционното позволява инжектиране на физиологичен разтвор за промиване на катетъра по време на инвазивната процедура.	Брошура ACIST CVi , стр.8
24.	Освен варираща скорост, да може да се премине на програма с фиксирана скорост на инжектиране, която също може да се контролира с дистанционното.	Освен варираща скорост, може да се премине на програма с фиксирана скорост на инжектиране, която също може да се контролира с дистанционното.	Брошура ACIST CVi , стр.8
25.	Възможност да се прекъсне инжектирането по всяко време, само като се спре натиска върху дистанционното.	Възможност да се прекъсне инжектирането по всяко време, само като се спре натиска върху дистанционното.	Брошура ACIST CVi , стр.8
26.	Програма, позволяваща инжектирането на физиологичен разтвор с малка скорост – 1-10 мл/мин за около 15 мин. (подобно на инфузия).	Програма, позволяваща инжектирането на физиологичен разтвор с малка скорост – 1-10 мл/мин за около 15 мин. (подобно на инфузия).	Брошура ACIST CVi , стр.8
27.	Да притежава програми както за кардиологията, така и за изследване на периферни съдове.	Притежава програми както за кардиологията, така и за изследване на периферни съдове.	Брошура ACIST CVi , стр.8
28.	Може да работи със всякакъв вид ангиографска апаратура – Siemens, GE, Philips, Toshiba, Shimadzu).	Може да работи със всякакъв вид ангиографска апаратура – Siemens, GE, Philips, Toshiba, Shimadzu).	Брошура ACIST CVi , стр.8
29.	Възможност за регулиране на скоростта, обема, налягането, времето за достигане на максимална скорост по всяко време на процедурата.	Възможност за регулиране на скоростта, обема, налягането, времето за достигане на максимална скорост по всяко време на процедурата.	Брошура ACIST CVi , стр.8
30.	Възможност за регулиране скоростта, обема, налягането, времето за	Възможност за регулиране скоростта, обема, налягането, времето за	Брошура ACIST CVi , стр.8

зар

25



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@neddimage.com


	достигане на максимална скорост, контролирано отложено инжектиране или закъснение в рентгеновото изображение.	достигане на максимална скорост, контролирано отложено инжектиране или закъснение в рентгеновото изображение.	
31.	Възможност за поставяне на контролният панел на масата и да бъде отделен от инжектора, без нужда от промяна на параметрите.	Възможност за поставяне на контролният панел на масата и да бъде отделен от инжектора, без нужда от промяна на параметрите.	Брошура ACIST CVi , стр.8
32.	Възможност за блокиране на работната повърхност на контролният панел, без загуба на зададените параметри.	Възможност за блокиране на работната повърхност на контролният панел, без загуба на зададените параметри.	Брошура ACIST CVi , стр.8
33.	Възможност за рестартиране на системата в специни случаи, без да се подменят консумативите.	Възможност за рестартиране на системата в специни случаи, без да се подменят консумативите.	Брошура ACIST CVi , стр.8
34.	Възможност за използване на контраст в опаковки с неограничен обем.	Възможност за използване на контраст в опаковки с неограничен обем.	Брошура ACIST CVi , стр.8

Настоящото предложение е валидно минимум до 31.10.2018 и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата: 03.08.2018г

подпись:
Д-р Бисер Ст.-

Чл. 2 от ЗЗЛД



Yel



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

Образец № 13. Ценово предложение

ДО УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Бисер Бориславов Стефанов, ЕГН 5405241508, притежаващ л.к. 626382779, издадена на 02.12.2009 г. от МВР – гр. София, в качеството ми на управител на "Диагностик Имиджинг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Каймакчалан" 1, с ЕИК 130099103

участник в обществена поръчка възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП за която е публикувана обява № 05-00-1050 / 30.07.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет, както следва:

1. Ценовото предложение е изгответо при спазване на всички изисквания и условия на Възложителя. Цените включват всички разходи за изпълнение на поръчката до мястото на доставка (до УМБАЛ «Света Екатерина» ЕАД – Клиника по кардиология), включително разходи за опаковка, товарене, транспорт, застраховка, митни сборове, такси (ако има), разтоварване, разопаковане, инсталиране и въвеждане в експлоатация, привеждане в работно състояние готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти определени от възложителя и предоставяне на цялата техническа документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване (за труд, резервни части и консумативи) в срока на гаранцията, която е минимум една година, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.


2. Нашето предложение за изпълнение на поръчката е следното:

№	Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура - търговско наименование, модел /каталожен номер / сериен номер	Марка	Количество	Единична стойност в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.		бр	1	60 150,00	60 150,00
	Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС			60 150,00	
			ДДС		12 030,00



жел

52



София 1505
ул. "Каймакчалан" 1
тел/факс: (02) 9442916
тел/факс: (02) 9442290
dimaging@meddimage.com

Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС

72 180,00

3. Запознат съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.

4. Плащането следва да се осъществява по посочената по-долу банковска сметка:

Обслужваща банка Банка Райфайзенбанк

IBAN BG19 RZBB 9155 1060 4429 18

BIC RZBB BGSF

Титуляр на сметката: „Диагностик Имиджинг“ ООД

5. Приемаме следния начин на плащане - отложено, в срок до 30 /тридесет/ дни, след след извършени всички дейности включени в предмета на поръчката и представяне на оригинал на данъчна фактура съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС и 1 брой заверено копие и приемо-предавателни протоколи за: доставка на оборудването в помещенията, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване и за проведено обучение на определените от възложителя лица за работа с него.

Дата: 03.08.2018г

подпись:

Д-р Бисер Стефан

Чл. 2 от ЗЗЛД

