

ПРОТОКОЛ

за отваряне и разглеждане на оферта в процедура на пряко договаряне реда на чл. 79, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на Охладител за ренгенова тръба към компютърен томограф AquillionOne Toshiba – Heat exchanger“

Днес 15.05.2020 г. от 10.30 ч. в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, зала 1, партерен етаж, в изпълнение на Заповед № РД-25-6 / 23.04.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на УМБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА“ ЕАД и във връзка с Решение № ОП-10 от дата 24.04.2020 г. за откриване на процедура „Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет се състоя заседание на комисия в състав:

Председател:

инж. Георги Славков – зав. Техническа служба и инженер по поддръжка на медицинска апаратура

Членове:

Галина Ганчева – юрист, началник отдел „ППД“
Красимира Крумова – счетоводител, отдел „ФС“

Председателят на Комисията запозна членовете със Заповедта за работа на комисията, с предмета, срока и вида на настоящата процедура.

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка, която е публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален № 00010-2009-0005.

На основание чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики.

С Решение номер РД-25-36 от дата 19.02.2009г. на изпълнителния директор на УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н., е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на: компютърен томограф; интрааортни балон помпи и апарат за механична вентилация от висок клас за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, “Операционен блок” и “КАИЛ” на УНСБАЛ Света Екатерина

ЕАД“ по три обособени позиции /ОП/, както следва: 1. ОП№1: Демонтаж, пакетиране, съхраняване в подходящи условия за период от 12 м. на съществуващ КТ/LightSpeed 16, производство на ГЕНС/, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърен томограф /1бр./ за нуждите на “Отделение по образна диагностика” на УНСБАЛ “Света Екатерина” ЕАД; 2. ОП№2: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на аортни балон помпи /2 бр./ за нуждите на “Операционен блок” и “КАИЛ” на УНСБАЛ Света Екатерина ЕАД; 3. ОП№3: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апарат за механична вентилация от висок клас /1бр./ за нуждите на “КАИЛ” на УНСБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, № в РОП на АОП 00010-2009-0005.

За изпълнение на доставката по обособена позиция № 1 е сключен договор № РД-25-208 от 24.07.2009 г. с "МЕДИМАГ-МС" ООД. Апаратурата по договора е доставена съобразно изискванията на Възложителя. "МЕДИМАГ-МС" ООД е изпълнил договора според уговореното, както и гаранцията по договора е освободена съгласно реда и условията по договор № РД 25-208 от 24.07.2009 г. След изтичане на гаранционния срок на апаратурата е възникнала необходимост от Доставка и монтаж на Охладител за ренгенова тръба към компютърен томограф AquillionOne Toshiba – Heat exchanger, който е компонент на компютърен томограф, доставен от "МЕДИМАГ-МС" ООД по договор № РД 25-208 от 24.07.2009 г.

От датата на възлагане на доставката на основния апарат - компютърен томограф /1 бр./ за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, до настоящия момент са настъпили трансформации във правната форма на доставчика - "МЕДИМАГ-МС" ООД, така и в правната форма на производителя.

С Решение No 37 от 27.02.2020 г. по т. дело No 278/2019 според описа на Окръжен съд – Плевен, "МЕДИМАГ-МС" ООД, на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ, е обявено в несъстоятелност, като за начална дата на неплатежоспособността е определена 09.01.2019 г. Също така, производителят на апаратурата – Тошиба Медикал Системс, част от корпорация Тошиба е продал дела от компанията си за медицинско оборудване на концернът Канон.

Към настоящия момент официален производител на необходимата резервна част за Европа е търговското дружество Канон Медикал Системс Европа В.В. /ООД/, позиционирано в Нидерландия.

За Република България, ексклузивни права да представлява производителя, е получил С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831131023. В случай, че се обяви нова процедура по ЗОП, съществува вероятност за изпълнител на доставката да се избере друг участник в новообявената процедура, а не първоначалния доставчик на медицинската апаратура, за която са необходими смяна на компоненти, още повече, че поканеният участник притежава и ексклузивни права за доставка от производителя. Тази смяна би довела до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради вероятното придобиване на стока с различни технически характеристики.

В допълнение на изложеното, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД има сключен договор със С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД, чийто предмет е „абонаментна поддръжка и сервизно обслужване, а при необходимост доставка и подмяна на резервни

части/консумативи за медицинско оборудване“, който е относим към предмета на настоящата поръчка в частта ѝ за монтажа на доставената част от компютърния томограф.

Предвид гореизложеното, Възложителят взема решението да обяви настоящата процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т. 6 във връзка с т. 3, б. „в“ от ЗОП.

До определеното време за подаване на оферти в Деловодството на УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД е депозирана офертата на „С&Т България“ ЕООД, ЕИК 831131023, с вх.№ ОП-10-1 от 04.05.2020 г.

Членовете на комисията подгълниха декларации по чл. 103 от ЗОП.

При отваряне на офертата присъства упълномощен представител на представляващия участника „С&Т България“ ЕООД – Христо Дянков, като за целта същият представи надлежно заверено пълномощно.

След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на пликите съдържащи офертата, комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на офертата, съответно: ЕЕДОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Предлаганите ценови параметри.

Спазвайки разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, най-малко трима от членовете на комисията, подписаха Плик ”Предлагани ценови параметри” и „Предложението за изпълнение на поръчката”.

След извършване на горепосочените действия комисията приключи публичната част от заседанието.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП беше взето решение комисията да разгледа ЕЕДОП - а от представената оферта на „С&Т България“ ЕООД за съответствие с поставените от Възложителя критерий за подбор.

След извършената проверка комисията, констатира, че от участникът се покриват критериите за подбор, поставени от Възложителя и че са представени всички изискуеми с поканата за участие документи.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 54 и 55 от ЗОП.

След завършване на проверка за съответствие с критериите за подбор на участника, поставени на Възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката.

Комисията установи, че предложението на участника, представено в офертата отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие и на императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП, съобразени са с техническите спецификации, поради което участникът се допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.

Председателя на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на двата Плика „Предлагани ценови параметри“.

При отварянето се констатира следното:

Предлагана цена:

Предлага цена в лв. без ДДС за изпълнение на поръчката, в това число	Предлага цена в лв. с ДДС за изпълнение на поръчката
/доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/ - 29 117,70 лв.	34 941,24 лв.
/обучение на персонала/ - неприложимо	неприложимо
/гаранционно обслужване/ - 3 235,30 лв.	3 882,36 лв.
/обща цена/ - 32 353,00 лв.	38 823,60 лв.

След това на закрито заседание комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие и ЗОП.

След извършване на горепосочените действия комисията покани представителя на участника за договаряне на клаузите от проекта на договора.

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и няма забележки, неясноти, няма предложения за изменения и допълнения, поради което страните приемат за окончателни клаузите в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка с предмет: „**Доставка и монтаж на Охладител за ренгенова тръба към компютърен томограф AquillionOne Toshiba – Heat exchanger**“

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат окончателни условия съгласно проекта на договора, неразделна част от настоящия протокол.

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник, на основание чл. 103, ал. 3 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП, се подписа настоящият протокол, отразяващ проведеното договаряне. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на **22.05.2020 г.**

Работата на комисията приключи в 12:00ч. на **22.05.2020** г.

Комисия:

Председател:

инж. Георги С. [redacted] техническа служба и инженер по поддръжка на медицинска
апаратура

Членове:

Галина Ганчева – юрист, началник отдел „ПП,

Красимира Крумова – счетоводител, отдел „Ф