

УТВЪРДИЛ:

Проф. д-р ГЕНЧО НАЧЕВ, д. м. н.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „СВЕКАТЕРИНА“ ЕАД

Дата ...21.01.2020 г.

## ПРОТОКОЛ

От заседание на комисията назначена със Заповед № РД – 25 – 1 от 17.01.2020 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за избор на изпълнител, за възлагане на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет *„Доставка и инсталация на специализирана хемодинамична работна станция“*, № в РОП на АОП 9095699

Днес, 17.01.2020 г., в 10:00 ч., в зала № 1, етаж „Партер“ в сградата на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, с адрес гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, в изпълнение на Заповед № РД – 25 – 1 от 17.01.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД,

се събра комисия за провеждане възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:

*„Доставка и инсталация на специализирана хемодинамична работна станция“*, № в РОП на АОП 9095699, както следва:

**Председател:**

инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа служба“, инж. поддръжка мед. апаратура

**Членове:**

Галина Ганчева – н-к отдел ППД

Красимира Крумова – счетоводител, отдел „ФС“

На заседанието не присъства упълномощен представител на подалия оферта участник.

Председателят на комисията обяви и прочете Заповед № РД – 25 – 1 от 17.01.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, за назначаване на комисията и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП.

В определения срок за представяне на оферти до 16:30 часа на 16.01.2020 г., в деловодството на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД е постъпила 1 (една) оферта за участие, както следва:

1. „С & Т България“ ЕООД – с оферта № 1, вх.№ ОП-1-1/16.01.2020 г. – подадена в 15:26 часа.

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на комисията подписа и представи декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на получената оферта /запечатана непрозрачна опаковка/, както следва:

### 1. „С & Т България“ ЕООД

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

След отваряне на офертата председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника:

Общо ценово предложение: 66 600,00 /шестдесет и шест хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС, в това число

Предлага цена в лв. без ДДС за изпълнение на поръчката, в това число	Предлага цена в лв. с ДДС за изпълнение на поръчката
/доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/ - 58 700 лв.	70 440 лв.
/обучение на персонала/ - 3 700 лв.	4 440 лв.
/гаранционно обслужване/ - 4200 лв.	5 040 лв.
/обща цена/ - 66 600 лв.	79 920 лв.

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието.

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като констатира следното:

За „С & Т България“ ЕООД

След разглеждането на представените документи, комисията не установи наличие на непълноти и несъответствия, същите отговарят на изискванията на закона и Възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

Въз основа на така извършените действия Комисията единодушно

### РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка участниците

За „С & Т България“ ЕООД

т. к. участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и провери в детайли представеното техническо предложение за неговото съответствие с предварително обявените условия в техническите изисквания на Възложителя, а именно:

№	Минимални технически характеристики на хемодинамичната станция
1	<b>Общи изисквания</b>
1.1	Хемодинамиката да се показва на един от мониторите на ангиографската система в процедурната зала при галванично развързана връзка
1.2	Хемодинамиката да има възможност за интегриране на управлението в тъчскрийн панела на наличната ангиографската система
1.3	Малък размер на мониториращия модул, разположен в близост до пациента в процедурната зала
1.4	Наличие на функционалност за подробен хемодинамичен анализ. Извършеният в контролната зала хемодинамичен анализ да може да се показва в процедурната зала
1.5	Наличие на функционалност за пълен запис на всички вълни за по-късен преглед и анализ
1.6	Печат на вълни и хемодинамичен анализ
2	<b>Мониторирани параметри</b>
2.1	<b>Измерване на неинвазивно кръвно налягане (NIBP)</b>
2.2	<b>Измерване на кислородна сатурация (SpO2)</b>
2.3	<b>Измерване честота на дишане</b>
2.4	<b>Измерване на температура – повърхностно</b>
2.5	<b>Инвазивно кръвно налягане - минимум 4 входни канала</b>
2.6	<b>Термодилуционен метод за измерване на минутен сърдечен обем (cardiac output)</b>
2.7	<b>ЕКГ по минимум 12 отвеждания</b>
2.8	<b>Възможност за добавяне на измерване на капнография- EtCO2</b>
2.9	<b>Предлаганата система да включва кабели към мониториращия модул за всички монитирани параметри</b>
2.10	<b>Задаване на стойности на аларми за мониторираните параметри. Няколко нива на аларми</b>
2.11	<b>Задаване на времеви интервал за взимане на проби за измервания – минимум от 5 до 100 сек.</b>
3.	<b>Измервания</b>
3.1	<b>Измерванията да включват минимум:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клапни градинети</li> <li>- Минутен сърдечен обем (CO)</li> <li>- Сърдечен индекс (CI)</li> <li>- Площ на клапа</li> </ul>
3.2	<b>Възможност за надграждане с функционални измервания като FFR и iFR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Възможност за връзка с външни устройства за измерване на FFR.</li> <li>- Системата да показва FFR измерванията в реално време и да ги записва като част от хемодинамичното досие. Всички получени FFR вълни на налягането и резултати да могат да се преглеждат ретроспективно</li> </ul>
4.	<b>Визуализация в контролната зала - 2 монитора с размер минимум 23"</b>
5.	<b>Комплектована с UPS за хемодинамичната система</b>

**Участникът „С & Т България“ ЕООД**  
Е представил техническо предложение, като е направил предложение, което изцяло отговаря на изискванията на Възложителя.

**Въз основа на изложеното Комисията единодушно**

**РЕШИ:**

Допуска участникът „С & Т България“ ЕООД до класиране, тъй като подадената от него оферта отговаря изцяло на изискванията на възложителя.

С оглед направените констатации, относно ценовото предложение, което е в рамките на обявената прогнозна стойност, комисията премина към класиране на участника, съгласно избора от Възложителя критерий „икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“:

**Участникът „С & Т България“ ЕООД**  
**На първо място и единствено място с предложена цена:**  
**66 600 /шестдесет и шест хиляди/ лева, без ДДС.**

Във връзка с направените констатации и така направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител:

**Участникът „С & Т България“ ЕООД**  
**Класиран на първо място с предложена цена:**  
**66 600 /шестдесет и шест хиляди/ лева, без ДДС.**

Комисията предлага на Възложителя сключи договори с класирания на първо място и единствено място участник  
**„С & Т България“ ЕООД, съгласно законовите разпоредби.**

Този протокол е съставен на 20.01.2020 г.

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

инж. Георги Славков  
зав. сектор „Техническ  
инж. поддръжка мед.

**Членове:**

Галина Ганчева – н-к

Красимира Крумова –